民航二所

空中交通管制新技术应用实验室
AIR TRAFFIC CONTROL NEW TECHNOLOGY APPLICATION LABORATORY

证书编号：WS2026-0626-0381

中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L7204

校 准 证 书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No.	WS2026-0626-0381
委托单位 Applicant	Hongyuv Technology Co., Ltd. 成都虹岳科技有限公司
地 址 Address	四川省成都市高新区西区西芯大道 5 号汇都总部园一期 5 栋 3 单元 5 楼
器具名称 Name of Instrument	3D ultrasonic anemometer wind speed 三维超声波风速风向仪(风速)
型号/规格 Type/Specification	HY-W3DS2
器具编号 Serial No.	26W3DS658
制造单位 Manufacturer	Hongyuv Technology Co., Ltd. 成都虹岳科技有限公司
校准依据 Calibration Regulation	《超声波风向风速测量仪器校准规范》 JJF 1934-2021

（STAMP）

批准人 Approved by

核验员 Checked by

校准员 Calibrated by

接收日期	2026 年 06 月 26 日
校准日期	2026 年 06 月 26 日
签发日期	2026 年 07 月 06 日

地址（ADD）：四川省成都市双流区大件路白家段 263 号　　电话（Tel）：028-82577971

邮编(Post Code)：610000　　传真（Fax）：028-82577500

本次校准所使用的主要标准器具：

Main measurement standards used in this calibration

名称 Name	编号 No.	测量范围 Measuring range	不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accurary class/MPE	溯源机构/证书编号 Traceability institution /Certificate No.	有效期 Due date
Pitot-static Tube 皮托静压管	02	（0.2~70）m/s	K=1.001	中国计量科学研究院 RGll2026-00071	2029-01-03
Differential Pressure Gauge 精密差压计	DPM2500S20 2111290008A	（0~5000）Pa	MPE:±0.5Pa	中国计量科学研究院 RGyz2026-03371	2027-05-28

本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位和社会公用计量标准。

The calibration results in this certificate are traceable to International System of Units (SI) units and social public measurement standards.

校准地点及环境条件：

Location and environmental condition for the calibration

地点：Location	民航二所白家园区	温度：Temperature	（22.1～22.5）℃
湿度：Humidity	（57.8～59.3）%RH	气压：Pressure	（954.5～954:8）hPa

校准结果：

Results of calibration

项目 / 序号	Wind Speed 风速（m/s）			
	Standard 标准值	Measured 测量值	Deviation 示值误差	Uncertainty 扩展不确定度
1	2.00	2.1	0.10	U=0.10m/s,k=2
2	5.00	4.9	-0.10	U=0.10m/s,k=2
3	10.00	9.8	-0.20	U=0.10m/s,k=2
4	20.00	19.9	-0.10	U=0.10m/s,k=2
5	30.00	29.8	-0.20	U=0.10m/s,k=2
6	40.00	40.2	0.20	U=0.10m/s,k=2
7	50.00	50.2	0.20	U=0.10m/s,k=2
8	60.00	61.3	1.30	U=0.10m/s,k=2

备注：

1. 下次校准请带此证书复印件。

本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。未经本机构批准，部分采用本证书内容无效。

The data is valid only for the instrument(s). Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by this institution.

---以下空白---

Blank Below