Sc/jd-zs-A-2025

四川省气象计量检定所

Sichuan meteorological metrology verification Institute

校　准　证　书

CALIBRATION　CERTIFICATE

证 书 编 号：　CQJ 字 第 WFS2025062 号

Certif cate No

送 检 单 位： Client	成都虹岳科技有限公司 Hongyuv Technology Co., Ltd.
计量器具名 称： Description of sample	超声波风速风向仪（风速）
型 号 规 格： Model/Type	HY-SA3
制 造 厂： Manufacturer	成都虹岳科技有限公司 Hongyuv Technology Co., Ltd.
出 厂 编 号： Ex-factory	25SA30120
校 准 依 据： Calibration basis	参照 JJG(气象)004-2011 自动气象站风向风速传感器检定规程

发 证 机 构 （专用章）

Issued by　（Stamp）

批 准 人：

Approved by

核 验 员：

Checked by

校 准 员：

Calibrated by

校准日期　2025　年　11　月　21　日

Calibration Date　Year　Month　Day

授权证书号：（川）法计（2021）4016 号

Authorized certificate No.

电话（Tel）：028-87328025

传真（Fax）：028-87328040

地址：　中国四川·成都市光华村街 20 号

Address No. 20guanghuacun Street Cheng du Sichuan　P.R China

邮 政 编 码 (Post)：610072

校 准 数 据 / 结 果

Data / Results of Calibration

风速校准数据：

Standard Wind Speed　Measured Wind Speed　Deviation

标准风速值 (m/s)	指示风速值 (m/s)	误差 (m/s)
4.95	5.14	+0.19
9.92	10.19	+0.27
14.97	15.23	+0.26
19.94	20.16	+0.22
24.93	25.11	+0.18
29.93	29.81	-0.12

（以下为空白）

测量结果的不确定度：

The Uncertainty Of the Measurement

U_{rel}=（2.0~7.3）%，k=2